

格式 3:

技术/服务/商务偏离表（第一标段）

序号	采购技术/服务要求	是否符合 (填“正偏离”或“无偏离”)	偏离说明（如有） (正偏离时填写最新技术或服务)
1	喉镜与显示屏一体化结构，便携易用；		
2	支持一键拍照/录制功能，操作简单；		
3	具有 USB 读取与存储功能，标配≥16GTF 卡；		
4	摄像头镜头像素≥30 万像素；		
5	显示器分辨率≥1960*1024；		
6	显示器规格：≥2.4 寸显示屏；		
7	显示器旋转角度：左右转动≥270°，前后转动≥180°；		
8	内置电源：可充电锂电池≥2000mAh；		
9	可充电次数>400 次；		
10	景深：5mm-100mm，视场角：45° - 65°；		
11	光照度：≥1500Lux；		
12	支持低电量屏幕显示功能；		
13	喉镜手柄可与不同规格的镜片匹配使用；		
14	合同付款方式		

注：供应商应在本表中对照采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“是否符合”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；若为“正偏离”的需填写最新的技术参数或服务。需附材料的请自行增加。

比价响应单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期： 年 月 日

格式 3:

技术/服务/商务偏离表（第二标段）

序号	采购技术/服务要求	是否符合 (填“正偏离”或“无偏离”)	偏离说明(如有) (正偏离时填写最新技术或服务)
1	充电电动椅，无交流电源连线；		
2	支持电动升降，脚踏按键升降，最低椅位 $\leq 470\text{mm}$ ，最高椅位 $\geq 620\text{mm}$ ，医生坐姿自由调节升降；		
3	脚轮刹车 ≥ 2 个脚轮带刹车；		
4	纯马达驱动，无液压结构；		
5	内置可反复充电电池，性能稳定可靠，配充电器；		
6	座垫圆形座面，高密度海绵，厚实柔软舒适，直靠背设计；		
7	脚轮具有不少于五个双排静音轮，方便前进后退和转身；		
8	座密封，抗冲击耐腐蚀，机底配重，不易侧翻；		
9	合同付款方式		

注：供应商应在本表中对照采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“是否符合”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；若为“正偏离”的需填写最新的技术参数或服务。需附材料的请自行增加。

比价响应单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期： 年 月 日